

	DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DECLARATION OF CONFORMITY KONFORMITÄTSERKLÄRUNG DECLARATION DE CONFORMITE DECLARACION DE CONFORMIDAD DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE	 0051
MOD. 70		REV. 01

EURONDA S.p.A.
Via Dell'Artigianato, 7
36030 Montecchio Precalcino (VI) Italy
Tel. 0445-329811 Fax 0445-865246
Internet: <http://www.euronda.com> E-mail: info@euronda.com

Dichiara che il prodotto descritto di seguito:
 Declares that the product described below:
 Erklärt, daß das im nachfolgend beschriebene Produkt:
 Déclare que le produit suivant :
 Declara que el producto que a continuación se describe:
 Declara que o produto descrito a seguir:

Descrizione: Description: Beschreibung: Description : Descripción: Descrição:	AUTOCLAVE AUTOCLAVE AUTOKLAV AUTOCLAVE AUTOCLAVE AUTOCLAVE
Serie: Series: Serie: Séries : Serie: Série:	E9 INSPECTION® RECORDER
Modello: Model: Modell: Modèle : Modelo: Modelo:	11580 - 11581
Numero matricola / lotto: Serial number / lot: Serien- / Lotnummer: Matricule / lot : Número matrícula / lote: Número de matrícula/lote:	_____
Anno di fabbricazione: Year of manufacture: Jahr der Produktion: Année de fabrication: Año de fabricación: Ano de fabricação:	_____

È conforme ai requisiti essenziali delle Direttive del consiglio: Dispositivi medici 93/42/CEE del 14/06/93 e successiva modifica 2007/47/CE, classe IIb	Est conforme aux exigences essentielles des Directives du conseil : Dispositifs médicaux 93/42/CEE du 14/06/93 et modification successive 2007/47/CE, classe IIb
Conforms to the essential requirements of Council Directives: Medical devices 93/42/EEC of 14/06/93 and subsequent amendment 2007/47/EC, Class IIb	Es conforme según los requisitos esenciales de las directivas del consejo: Dispositivos médicos 93/42/CEE del 14/06/93 y posterior enmienda 2007/47/CE, clase IIb
Die wesentlichen Anforderungen gemäss folgenden Richtlinien erfüllt: Medizinische Vorrichtungen 93/42/EWG vom 14/06/93 und den späteren Änderungen 2007/47/EG, Klasse IIb	Está conforme aos requisitos essenciais das Directivas do Conselho: Dispositivos médicos 93/42/CEE de 14/06/93 e posterior alteração 2007/47/CE, classe IIb

È conforme alle norme nazionali che si traducono nelle norme unificate:
 Conforms to national standards that comply with the following unified standards:
 Mit folgenden Normen übereinstimmt:
 Il est conforme aux normes nationales transposées dans les normes unifiées :
 Es cumple con las normas nacionales que se traducen en las normas unificadas:
 Está em conformidade com as normas nacionais que se traduzem nas normas unificadas:

CEI EN 61010-1:2001
 CEI EN 61010-2-040:2005
 CEI EN 61326:2013
 UNI EN 13060: 2015
 UNI CEI EN ISO 14971: 2012

Montecchio Precalcino, 10/06/2016

Amministratore unico
 Managing director
 Geschäftsführer
 Directeur général
 Gerente
 Gerente

Remo Basso
Euronda S.p.A.
