


**SISTEMA ILLUMINANTE PER STUDI DENTISTICI  
LIGHTING SYSTEM FOR DENTAL SURGERIES**

**NOVA**

<p><b>Dimensioni</b> <b>Dimensions</b></p>	
<p><b>Tensione di alimentazione</b> <b>Supply voltage</b></p>	<p>230-240 V</p>
<p><b>Numero di fasi</b> <b>Number of phases</b></p>	<p>1</p>
<p><b>Frequenza di alimentazione</b> <b>Supply frequency</b></p>	<p>50 Hz</p>
<p><b>Tubi fluorescenti</b> <b>Fluorescent tubes</b></p>	<p>Ø16 G 5 N°4</p>
<p><b>Potenza</b> <b>Power input</b></p>	<p>4 x 49 W</p>
<p><b>Classe di isolamento</b> <b>Isolation class</b></p>	<p>1</p>
<p><b>Peso</b> <b>Weight</b></p>	<p>7.4 kg</p>
<p><b>Massima intensità del flusso luminoso</b> <b>Maximum luminous flow intensity</b></p>	<p>14800 Lumen (4x3700)</p>
<p><b>Luce emergenza cod. NEWNV4E</b> <b>Emergency light code NEWNV4E</b></p>	<p>7 % flusso luminoso per 1 ora 7 % luminous flow for 1 hour</p>
<p><b>Resa colore</b> <b>Colour efficiency</b></p>	<p>93</p>
<p><b>Temperatura colore</b> <b>Colour temperature</b></p>	<p>6800 °K diurna naturale 6800 °K natural daylight</p>
<p><b>Colore</b> <b>Coulour</b></p>	<p>RAL 9010</p>
<p><b>Manutenzione ordinaria</b> <b>Routine maintenance</b></p>	<p>Non necessaria Not necessary</p>

\* i dati si riferiscono alla lampada Philips / The data refer to neon lamp Philips Master TL5 HO 90 De Luxe 49/965